



Ref. Certif. No.

SG-MD-00046

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)
CB SCHEMESYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE)METHODE OC**CB TEST CERTIFICATE**
CERTIFICAT D' ESSAI OCProduct
ProduitUltrasound diagnostics
Ultrasound Bone DensitometerName and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurFuruno Electric Co., Ltd. System Products Division
2-20 Nishinomiya, Nishinomiya City
Hyogo, 662-0934 JAPANName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantFuruno Electric Co., Ltd. System Products Division, 2-20
Nishinomiya, Nishinomiya City, Hyogo, 662-0934 JAPANName and address of the factory
Nom et adresse de l'usineFuruno Electric Co., Ltd. System Products Division, 2-20
Nishinomiya, Nishinomiya City, Hyogo, 662-0934 JAPANRating and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principalesRated Voltage: 220-240 V, 100-110 V
Rated Frequency: 50/60 Hz
Rated Power: 0.3 A, 0.6 A
Protection Class: I
Applied Part Type: BTrade mark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

Furuno

Model/type Ref.
Ref. de type

CM-200

Additional information (if necessary)
Information complémentaire (si nécessaire)A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à laIEC 60601-1/A2:1995
IEC 60601-2-37/A2:2005as shown in the Test Report Ref. No.
which form part of this certificate
comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro
de référence qui constitue une partie de ce
certificatTÜV SÜD PSB Pte Ltd
074-451160-000This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**Date, 2010-02-25
CBS 10 02 40403 005
(Vincent Wee)

TÜV SÜD PSB Pte Ltd · 1 Science Park Drive · Singapore 118221

PSB Singapore